


الإنعاش القلبي الرئوي باستخدام مُزيل الرَّجَفَان


1 تأكد من كونه واعياً واتصل برقم الطوارئ 112
هز كتفي الشخص برفق وتحدث معه



2 تأكد من التنفس وحرر مجرى التنفس
ضع تنفسه الطبيعي موضع مشاهدتك واستمعك
وإحساسك لمدة أقصاها 10 ثوانٍ



3 التنفس متوقف أو غير طبيعي ابدأ الإنعاش القلبي الرئوي
بدّل بين 30 ضغطة ونفختين دون انقطاع



4 شغل مُزيل الرَّجَفَان ووصل الأقطاب الكهربائية
ثبت الأقطاب الكهربائية أثناء إجراء الإنعاش
القلبي الرئوي واتبع التعليمات



5 لا تلمس المريض أثناء عملية التحليل
تبادلوا الأماكن خلال التحليل الذي يجري كل دقيقتين



واصل الإنعاش القلبي الرئوي إلى أن تبدو علامات الحياة على الشخص
بوضوح. الضغط 100-120 مرة/الدقيقة. مارس الإنعاش القلبي
الرئوي على سطح صلب. انفخ إلى أن يرتفع القفص الصدري.

6 اعط المريض دفقة تيار كهربائي
اعط المريض دفقة تيار كهربائي عندما يخبرك مُزيل الرَّجَفَان بذلك
اضغط على زر التشغيل وتأكد من عدم مس أي أحد للمريض



واصل الإنعاش القلبي الرئوي دائماً لمدة دقيقتين بعد كل تحليل
بغض النظر عن تمكّنك من إعطاء دفقة تيار كهربائي أم لا.

الإنعاش القلبي الرئوي في حالة الرضع والأطفال
بدّل بين 15 ضغطة ونفختين دون انقطاع



استخدام مُزيل الرَّجَفَان في حالة الرضع والأطفال
وضع الأقطاب الكهربائية على النحو الآتي على أطفال إلى وزن 25 كجم

